

仕 様 書

ダ・ヴィンチ用洗淨ラック

2024 年度
済生会松山病院

ダ・ヴィンチ用洗浄ラック 仕様書

「調達に関して以下の要求を満たすこと」

1 ダ・ヴィンチ用洗浄ラック

- 1-1 ロボット手術器械用洗浄ラックを1台有すること
- 1-2 米国インテュイティブサージカル社製ダ・ヴィンチサージカルシステムで使用した器具を一度に8本以上セットできること
- 1-3 米国インテュイティブサージカル社または、第三者機関による洗浄テストが既存装置で実施されており、認証が得られていること
- 1-4 ロボット手術用洗浄ラックの材質は、ステンレス製であること
- 1-5 ロボット手術用洗浄ラックの底面には、樹脂のレールを使用していること
- 1-6 ロボット手術器械用洗浄ラックは、1枚以上の洗浄プロペラを有し、DINバスケット（幅480mm×奥行250mm×高さ50mm程度）を重ねずに3枚以上搭載できる構造であること
- 1-7 既存のウォッシャーディスインフェクターに搭載し、洗浄処理が可能であること
- 1-8 2項のトランスファートローリーに乗せ、既存の洗浄システムに対応できること

2 トランスファートローリー

- 2-1 トランスファートローリーを1台有すること
- 2-2 既存のウォッシャーディスインフェクターに接続・固定して使用できること
- 2-3 既存のウォッシャーディスインフェクター用洗浄ラックを搭載して移動できること
- 2-4 ストッパー付キャスターを2個以上有すること
- 2-5 キャスターを除く本体の材質は、ステンレス製であること

3 その他

- 3-1 当院の指定する期日までに納品を行うこと
- 3-2 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合に無償保証期間とすること
- 3-3 年間を通じて非常時に連絡がとれる体制であり、障害発生等の連絡を受けてから即座に復旧対応できる体制が取れること、また適切なフォローアップが可能であること
- 3-4 当機器が稼働するための運搬、接続、設置工事及び調整等を含むこと
- 3-5 当院担当者に対する導入時教育訓練及び、調整および試運転は当院が指定する日時・場所で行う

こと

3-6 操作マニュアルは日本語版を提供すること

3-7 本仕様書に記載のない事項については、双方協議のうえ決定するものとする