

仕 様 書

自動心臓マッサージシステム 一式

2025 年度
済生会松山病院

自動心臓マッサージシステム一式 仕様書

構成内容

- 1 LUCAS 3 自動心臓マッサージシステム 1 台
- 2 バッテリー 1 台
- 3 バッテリー充電器 1 台
- 4 AC 電源アダプター 1 台
- 5 ディスポーザブル吸着カップ (3 個) 1 式
- 6 PCI 用高 X 線透過性バックプレート 1 個
- 7 バックプレートグリップテープ 1 個
- 8 キャリングバッグ (ハードタイプ) 1 個

「調達に関して以下の要求を満たすこと」

1 自動心臓マッサージシステムに関して以下の要求を満たすこと

- 1-1 JRC 蘇生ガイドライン 2020 に準拠した機器であり、機械的 CPR 装置を使用する目的や用途に合致していること
- 1-2 胸骨圧迫深度は 5. 3 c m であること
- 1-3 胸骨圧迫回数は 102 回／分以上であること
- 1-4 デューティーサイクルは 50% 以上であること
- 1-5 リコイルは胸骨圧迫の開始位置まで確保が可能であること
- 1-6 緊急仕様の必要性から機器の持ち運びが簡易であること
- 1-7 緊急時に電源の供給の多様性を要していること
- 1-8 様々な処置実施時の利便性を保有していること

2 その他

- 2-1 当院の指定する期日までに納品すること
- 2-2 納入後 1 年間は、通常の使用により故障した場合に無償保証期間とすること
- 2-3 年間を通じて非常時に連絡がとれる体制であり、障害発生等の連絡を受けてから即座に復旧対応できる体制が取れること、また適切なフォローアップが可能であること
- 2-4 当機器が稼働するための運搬、接続、設置工事及び調整等を含むこと
- 2-5 本仕様書に記載のない事項については、双方協議のうえ決定するものとする